

清洁消毒

用于个人服务场所



步骤 1: 清洁过程

物理清洁可以清除设备上留下的污垢和有机物。适当的清洁可以使消毒剂有效地工作。所有设备必须彻底清洗后才能进行适当的消毒。使用后立即将设备预浸泡在一盆水（含洗涤剂）中。

1. 洗手并戴上实用手套。
2. 如果适用，请拆卸设备。
3. 在专用的再加工水槽中清洗设备。
用洗涤剂、水和干净的刷子来擦洗设备，记得要清理缝隙、接缝和铰链。在水面下擦洗，以防止溅入眼睛。在使用超声清洁器时，要加盖以防止微生物气溶胶化。
4. 沥干污水，冲洗水槽。
5. 用清洁、温暖的流动水冲洗设备。
6. 在消毒之前，将设备晾干或用干净无纺布或柔软吸水毛巾擦拭。
7. 每次使用后，清洁和消毒用于清洁的工具/刷子，以及超声清洁器、实用手套和水槽。

步骤 2: 消毒过程

消毒是摧毁设备上残留的大多数致病微生物的过程。消毒剂必须具有由加拿大卫生部指定的药品识别编号（DIN）或天然产品编号（NPN）（氯漂白剂为例外）。

1. 使用精确的测量工具（如测量杯）制备消毒液溶液
2. 在可能的情况下，使用适当的试纸检查消毒剂溶液的浓度
3. 将设备完全浸入消毒液中，以适当的接触时间来确保微生物被消灭。请参考制造商的使用说明。不要将设备放在消毒剂溶液中超过所需的接触时间。
4. 按照制造商使用说明的要求，用清水冲洗设备。
5. 在使用或存放之前，将设备晾干或用干净无纺布或柔软吸水毛巾擦拭。

有关更多信息，请参考“[用于个人服务环境下仪器消毒图表](#)”。

欲了解更多关于感染防控的信息，或与公共卫生检查员联系，请致电约克区 Health Connection : 1-800-361-5653,
TTY: 1-866-512-6228, 发邮件至 Health.Inspectors@york.ca
或访问 york.ca/BeSpaSafe